Hospital Ramón y Cajal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LOTE 1: PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA

Cirugía primaria, cementada y sin cementar

Nº ORDEN	CODIGO	
1	263300	Bandeja tibial Monoblock (bandeja con vástago incorporado) en aleación Cr-Co para prótesis de rodilla cementada para plataforma giratoria.
2	263298	Bandeja tibial en aleación de Ti, para prótesis de rodilla c. primaria con orificios para bloques de aumento atornillados.
3	021307	Componente femoral posterior estabilizado derecho e izquierdo, para rodillas muy inestables en aleación Cr-Co-Mo para prótesis de rodilla cementada.
4	017695	Componente femoral no cementado, derecho e izquierdo, en aleación Cr-Co-Mo con recubrimiento metálico con o sin hidroxiapatita, para prótesis n/cementada de rodilla.
5	014654	Componente femoral derecho e izquierdo, en aleación Cr-Co-Mo para prótesis rodilla cementada.
6	014661	Componente patelar cementado, de polietileno, de ultra alto peso molecular para rodilla cirugía primaria.
7	015848	Componente tibial metálico en aleación Ti, con orificio para encastre de vástago tibial para prótesis rodilla cementada.
8	017696	Componente tibial metálico, no cementado en aleación de Ti, con recubrimiento metálico, con o sin hidroxiapatita, para prótesis n/cementada de rodilla.
9	263297	Componente tibial Monoblock (bandeja con vástago incorporado) en aleación Cr-Co para prótesis de rodilla cementada.
10	263301	Inserto de polietileno plataforma giratoria.
11	021311	Inserto para bandeja tibial posterior estabilizado, de polietileno de ultra alto peso molecular, para prótesis de rodilla de cirugía primaria.
12	014656	Inserto para meseta tibial estándar, de polietileno de ultra alto peso molecular, con modalidad para mesetas tibiales metálicas cementadas y sin cementar para prótesis de rodilla cirugía primaria.
13	021310	Tornillo de anclaje de esponjosa en aleación Ti, para prótesis de rodilla cirugía primaria.
14	021319	Vástago tibial de aleación de Ti, en forma de quilla para prótesis no cementada de rodilla.

LOTE 2: PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA
Cirugía de revisión

Nº ORDEN	CODIGO	
15	**272078**	Bandeja tibial en aleación de Ti, para prótesis de rodilla de revisión con orificios para bloques de aumento atornillados.
16	**021314**	Bloques de aumento femoral para prótesis de rodilla de revisión P.S. atornillados.
17	**263299**	Bloques de aumento tibial para prótesis de rodilla de revisión, atornillados.
18	**021308**	Componente femoral, posterior estabilizado, derecho e izquierdo, para rodillas muy inestables, con posibilidad de vástago femoral, en aleación Cr-Co-Mo, para prótesis de revisión, cementada, caja cerrada, con orificios para bloques de aumento.
19	**272088**	Componente patelar cementado, de polietileno para prótesis de rodilla de revisión.
20	**021313**	Insertos para meseta tibial, posterior estabilizado y P.S. constreñidos, de polietileno, para prótesis de rodilla de revisión.
21	**021315**	Tornillos y otros elementos de fijación del componente femoral y tibial para prótesis de revisión.
22	**014657**	Vástagos femorales de aleación de Cr-Co-Mo, para prótesis de rodilla de revisión.
23	**021309**	Vástagos tibiales en aleación de Ti, cilíndricos para prótesis de revisión.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

LOTE 3.- PROTESIS TOTAL DE CADERA

Cirugía Primaria y de Revisión

Nº ORDEN CODIGO

24 262303 Anillo de bloqueo de cotilos.

25 014192 Cabeza femoral cerámica de óxido de alúmina, cono 12/14 y 14/16, de 4 tamaños de cuello, de 28 y 32 mm. de diámetro.

26 012940 Cabeza femoral metálica de cono 12/14 y 14/16, de Cr. Co. Mo., de 28 y 32 mm.

27 017693 Cotilo de polietileno, con algún elemento radiopaco para su visualización, de 28 y 32 mm diámetro.

28 014195 Componente acetabular metálico, de aleación de titanio, hemisférico, impactado, con elementos de anclaje propio y con orificios para anclaje con tornillos, con doble recubrimiento e hidroxiapatita, de al menos 14 tamaños.

29 014196 Componente acetabular plástico, de ultra peso molecular, bajo perfil, estándar y displásico, de al menos 14 tamaños.

30 021408 Componente acetabular plástico, con interior cerámico, de 28 mm. de diámetro, de al menos 11 tamaños.

31 021407 Componente diafisario, para vástago de revisión, en aleación de titanio, con ranuras a lo largo del vástago, con orificios para posible bloqueo diafisario, de al menos 6 tamaños de diámetro, vástagos curvos y de 4 tamaños de largo.

32 021406 Componente metafisario, para vástago de revisión, en aleación de titanio, con cono de bloqueo y ranuras laterales de, al menos, 4 tamaños, con y sin orificios de anclaje.

33 262297 Componente diafisario en aleación de titanio, anatómico, con doble recubrimiento metálico e hidroxiapatita, con orificios para posible bloqueo, al menos de 6 diámetros y de, al menos, 280 mm de largo. Curvo.

34 262298 Componente diafisario de aleación de titanio, con doble recubrimiento metálico e hidroxiapatita, de al menos 6 diámetros y de 160 mm. de longitud. Recto.

35 262296 Componente metafisario, en aleación de titanio, con cono de bloqueo, con orificios para cerclaje, con doble recubrimiento metálico e hidroxiapatita, de al menos 4 tamaños. Recto.

36 **262300** Cotilo cementado para presurización de cemento, con ceja y con tetones de fijación, para cabezas de 28 mm de diámetro y de, al menos, 8 tamaños.

37 017689 Tornillos de aleación de titanio, de 6,5 mm. de diámetro, para cotilo atornillado y para cotilo de rescate, de al menos 10 tamaños.

38 **262299** Tornillos de fijación para vástago de revisión.

39 **021405** Vástago de revisión, de aleación de titanio, no autobloqueante, anatómico, de al menos 200 mm de largo, rectos y curvos.

40 **021404** Vástago cementado de Cr.Co.Mo. de, al menos, 7 tamaños de diámetro y largos de 113 mm a 145 mm. no anatómico, no autobloqueante, con apoyo en calcar.

41 **014191** Vástago de revisión, de aleación de titanio, no autobloqueante, no anatómico, con apoyo en calcar, con doble recubrimiento metálico e hidroxiapatita, de al menos, 200 mm de largo.

42 **014190** Vástago no cementado, no anatómico, no autobloqueante, en aleación de titanio, con apoyo en calcar y doble recubrimiento metálico e hidroxiapatita.

43 **262295** Vástago no cementado, de Cr.Co.Mo de, al menos, 7 tamaños de diámetro, y largos de 113 mm a 145 mm., no anatómico, no autobloqueante, con apoyo en calcar.

LOTE 4.- COTILO DE RESCATE:

44 **262305** Cilindros de sellado para cotilo de revisión.

45 **021409** Componente metálico de Titanio, no cementado, que permita acoplar placas de distintas formas, ganchos u otros sistemas de fijación al hueso y tornillos para fijación de placas, tapones y tornillos de sellado.

46 **017690** Componente de polietileno de ultra-alto peso molecular, para cabezas de 28 mm. de diámetro, bajo perfil y displásico.

47 **020565** Placas de diferentes formas y tamaños, para cotilo de revisión.

48 **262307** Tapón apical para orificio central.

49 **020860** Tapones de sellado para cotilo de revisión.

50 **020563** Tornillos para fijación de placas.

LOTE 5 .- CERCLAJES:

51 **014849** Cerclaje con alambre.

LOTE 6 .- CEMENTO:

52 000030 Cemento óseo sin antibiótico, viscosidad normal
La unidad de medida del Concurso está referida a envases de 44 gr. aproximadamente.

LOTE 7 .- CEMENTO:

53 271434 Cemento óseo sin antibiótico, viscosidad baja
La unidad de medida del Concurso está referida a envases de 44 gr. aproximadamente.

LOTE 8 .- CEMENTO:

54 000031 Cemento óseo con Gentamicina, viscosidad baja
La unidad de medida del Concurso está referida a envases de 42 gr. aproximadamente.

LOTE 9 .- CEMENTO:

55 271435 Cemento óseo con Gentamicina, viscosidad normal
La unidad de medida del Concurso está referida a envases de 45 gr. aproximadamente.

LOTE 10 .- RESTRICTOR PARA CEMENTO:

56 009677 Deberán ser biocompatibles, resistentes a la alta temperatura de polimerización del cemento y biodegradables, reabsorbiéndose a los pocos días de su implantación.

Deben disponerse en diferentes tamaños para adaptarse a los distintos grosores de las cavidades diafisarias femorales e irá acompañado del

instrumental para su colocación (restrictores de prueba y mango de colocación graduado en centímetros para la colocación del restrictor a la distancia adecuada).

LOTE 11.- ACIDO HIALURÓNICO:

57 263029 Jeringas estériles precargadas con una solución estéril monodosis de hialuronato sódico al 1 %, a las que se puedan adaptar agujas de diferentes tamaños y calibres para utilizar en grandes o pequeñas articulaciones.

ANEXO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PRÓTESIS CADERA, RODILLA Y OTROS

Cada adjudicatario pondrá a disposición del Hospital sin cargo añadido el instrumental necesario para la implantación de dichas prótesis, siendo imprescindibles 4 instrumentales completos.

Cada casa comercial adjudicataria de este concurso deberá tener depositado en el Hospital el sistema adjudicado por si se requiere su utilización por necesidades de urgencia.

Cada implante deberá estar adecuado a las normas que exige la Unión Europea.

Los precios deberán incluir todo tipo de impuestos y gastos (IVA, arbitrios, transporte, etc,.)

Deberán especificar en su oferta el tiempo en el que repondrán los stocks.