ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Y

CRITERIOS DE CALIDAD

Material Sanitario Uso General y Curas

GRUPO DE ARTÍCULOS: MATERIAL SANITARIO DE USO GENERAL

CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTOS
400038	ACEITE SILICONA P/USO INTRAOCULAR	- Vial de cristal con tapón de goma para extracción de diferentes tamaños entre 5-10 cc aprox.	1. Densidad 1000 centistock 2. Envase estéril.	0 – 50 0 – 50
000692	AGUJA RETROBULBAR 25 GA	- Aguja infiltración para pinchar directamente globlo ocular. - Acero inoxidable p/anestesia retrobulbar - 25 GA longitud estándar. - Bisel tipo Atkinson.	1. Facil punción. 2. Rigidez.	0 – 50 0 – 50
008342 010616 003033 002594	BANDA CARRIL SILICONA 5,7 MM BANDA CARRIL SILICONA 7,5 MM BANDA CARRIL SILICONA 2,5 MM BANDA CARRIL SILICONA 4,8 MM	- Tira de silicona con una perforación central a modo de carril.	1. Resistencia 2. Elasticidad	0 – 50 0 – 50
418005	CABLE DIATERMIA BIPOLAR	- Cable compuesto por dos puntos de entrada y dos de salida	1. Conductibilidad 2. Exento de látex	0-50 0-50
008521	CANULA DESECHABLE GRIZZARD RECTA C/SILICONA S/CORTES	- Cánula de material de acero inoxidable, 20 G aprox. - Recubierta de silicona en su extremo, que permita la entrada atraumática a través de los orificios o desgarros para inyección o aspiración de fluidos.	1. Firmeza en la unión de la silicona con la cánula. 2. Sin rebordes y engrosamiento en la unión.	0 – 50 0 – 50

CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTOS
018679	CANULA FLUJO RETROGRADO	- Material de acero inoxidable. - Compuesta por: mango, reservorio de silicona y cánula con punta de silicona estriada. **Aplicaciones** : Para limpieza de las pequeñas hemorragias de retina.	1. Manejabilidad. 2. De una sola pieza	0-50 0-50
272093	CANULA INFUSION C/ILUMINACION	- Sistema de doble función, que permita por una sola entrada, tener iluminación y mantener la presión intraocular compuesto por: - Vía de infusión que sutura al ojo con dos salidas: Una fibra óptica y un tubo de silicona que conecta al sistema de infusión.	1. Flexibilidad de la silicona 2. Firmeza de a unión entre la cánula y la silicona.	0-50 0-50
008860 271634	CANULA INFUSION DESECHABLE 4 MM CANULA INFUSION DESECHABLE 6 MM	- Material de acero inoxidable con prolongación de tubo de silicona p/mantener el tono ocular y conectar al sistema de infusión	1. Flexibilidad de la silicona 2. Firmeza de a unión entre la cánula y la silicona.	0-50 0-50
268093	CANULA TRASLOCACION MACULAR	- Cánula de 20 G con doble vía: interior flexible de 41G para inyectar líquido y poder separar la retina.	1. Manejabilidad. 2. De una sola pieza	0-50 0-50
403030	CANULA VITRIO-ETINAL T/MICRIOPICK	- Cánula de material de acero inoxidable de 20G aprox. - Punta filosa angulada 50º Aplicaciones : Para desgarrar membranas vitreoretinales.	1. Manejabilidad. 2. Rigidez del acero.	0-50 0-50
012052 415036 415037	CONFORMADOR 20 MM CONFORMADOR 23 MM CONFORMADOR 26 MM	- Protector de plástico rígido. - Distintas perforaciones p/transpiración y proteger córnea.	1. Conductibilidad 2. Exento de látex	0- 50 0- 50
415043 415045	CUCHILLETE DESECHABLE DE 15º CUCHILLETE DESECHABLE DE 45º	- Hoja de bisturí desechable. - Material de acero inoxidable. - Mango de plástico rígido - Punta en ángulo: 15º-45ª	1. Facilidad de 2. Que no produzca desgarro 3. Resistencia	0-35 0-35 0-30

CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTOS
415045	CUCHILLETE DESECHABLE EMULSIFICACION	- lateral angulado - Material de acero inoxidable. - Calibre 2,7 mm., aprox. - Bisel superior 45º	1. Facilidad de 2. Que no produzca desgarro 3. Resistencia	0-35 0-35 0-30
020547	FIBRA OPTICA 20 GA P/ VITRECTOMIA	- Fibra óptica para la iluminación en cirugía vitreorretiniana con extremos reforzados en metal de diámetro total de 20 G.	1. Compatibilidad con el Vitriotomo Accurus 2500 2. Cualidades superiores a las descritas	0-70 0-30
407007	JUEGO INTUBACION CANALICULA	- Tubo de silicona con agujas, fiadores de acero rígido en ambos extremos	1. Silicona blanda 2. Maleabilidad en el fiador	0-50 0-50
400020	KIT DESECHABLE BANDEJAS P/VITRIOTOMO	- Elemento compuesto por : • Cassette con doble cavidad • Bolsa de drenaje sellada con dispositivo para toma de muestras	1. Compatibilidad con el Vitriotomo Accurus 2500 2. Cualidades superiores a las descritas	0-70 0-30
012776	LAMINA POLIETILENO ALTA DENSIDAD ULTRAFINA	- Lámina de polietileno para fracturas de suelo de órbita entre 0,8-0,4 mm de grosor. - Longitud Standard.	1. Falta de elasticidad 2. Manejabilidad	0-50 0-50
401007	LANCETA ESCLERAL	- Lanceta de acero inoxidable para incisiones. - Calibrada 20 GA	1. Facilidad de 2. Que no produzca desgarro 3. Resistencia	0-35 0-35 0-30
003246	MICROESPONJA QUIRURGICA C/PALITO	- Gasa absorbente en forma de lanza con palito de plástico incorporado para su manipulación.	1. Capacidad de absorción 2. Ausencia de partículas	0-50 0-50

CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTOS
006561	PERFLUOROCTANO	• **Composición:** Perfluoro-n-octano. Líquido purificado, estéril, no pirógeno No tóxico, no metabolizante utilizado como manipulador para reaplicar la retina y permitir trabajar en las vitrectomías (> 99.9% PPNO) - Fórmula : C8/F18 - Peso molecular: 438 - Densidad (g/cm3): 1.75/1.76 - Tensión superficial con aire: 14-16.98 - Indice de refracción:1.27 - Viscosidad (centristoke a 25º C): 0.69-0.8 - Presión de vapor (mmHg a 37ºC) <.52 - Preferentemente en ampollas inyectables 5 ml, estériles. • **Se usa preferentemente en los tratamientos de:** - Desprendimiento de retina. - Reaplicación de la retina. - Desgarros gigantes. - Traumatismos. - Extracción del cristalino o lentes luxadas sobre el cuerpo vítreo. - Trasposiciones de mácula.	1. Idoneidad presentación y envasado.	0-100
421013	PIEZA DE MANO DESECHABLKE VITRECTOMIA ANTERIOR C/IRRIGACION	- Sonda de vitrectomia anterior con guillotina de apertura regulable y manguito de irrigación coaxial.	1. Compatibilidad con el Vitriotomo Accurus 2500 2. Cualidades superiores a las descritas	0-70 0-30
268105	PIEZA DE MANO VITRECTOMIA C/ACCIONAMIENTO NEUMATICO	- Sonda de vitrectomia con accionamiento neumático de la guillotina que alcanza los 2500 s/minuto.	1. Compatibilidad con el Vitriotomo Accurus 2500 2. Cualidades superiores a las descritas	0-70 0-30
002980	RETRACTOR DE IRIS FLEXIBLE	- Gancho de acero para retraer el iris con goma o silicona elástica.	1. Flexible. 2. No deformable	0-50 0-50

CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTOS
274355	SET P/CIRUGIA DE CATARATA	- Compuesto por : • **Aguja Facoemulsificador 0,9 mm aprox**: Aguja de aleación de titanio con diámetro externo de 0,9 mm aprox. Y luces internas de 0,7 y 0,9 mm aprox. El extremo puede tener diferentes formas (embudo, trompeta, circular) y adoptar diferentes angulaciones. • **Cassette c/tubos irrigación/aspiración c/tubo alto vacio**: Compuesto por un cassete que incorpora un filtro Millipore, no retorno, bolsa de drenaje y tubos especialmente diseñados para alcanzar altos vacios. • **Kit manguitos irrigación p/Facoemulsificadoremulsificador:** Compuesto por 2 manguitos de irrigación de silicona con bordes especialmente redondeados y pulidos para un menor stress incisional Incorporan elemento supresor de burbujas.	1. Compatibilidad con el Facoemulsificador Legacy 20000 2. Cualidades superiores a las descritas	0-70 0-30
404002	SISTEMA BOMBA AIRE	- Set de tubos con tres vías para la infusión en vitrectomia que permite mediante llave de tres pasos la infusión de solución o aire filtrado en una vitrectomia a través de filtro Millipore.	1. Compatibilidad con el Vitriotomo Accurus 2500 2. Cualidades superiores a las descritas	0-70 0-30
020059	SOLUCION SALINA P/IRRIGACION INTRAOCULAR 15 ML	- Envase formato colirio. - En envase individual estéril - Fácil apertura de la 2ª envoltura para poner en campo quirúrgico	1. Envasado. 2. Sistema cierre 3. Sistema apertura 4. Fácil manejo	0-25 0-25 0-25 0-25
021594	SOLUCION SALINA P/IRRIGACION INTRAOCULAR 500 ML	- Envase: botella de cristal transparente - Con cierre hermético y de fácil apertura. - En envase individual estéril.	1. Envasado. 2. Sistema cierre 3. Sistema apertura 4. Fácil manejo	0-25 0-25 0-25 0-25
002615	SONDA DESECHABLE RECTA P/LASER ARGON	- Fibra flexible para tratamiento endocular con láser Argón.	1. Compatibilidad con el Láser Argón. 2. Cualidades superiores a las descritas	0-70 0-30

CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTOS
272092	SONDA ILUMINACION BULLET CAMPO AMPLIO	- Fibra óptica para la iluminación en cirugía vitreorretianiana conn extremos reforzados en metal de diámetro total de 20 G. El extremo de la fibra óptica está diseñado de forma cónica para una mayor luminosidad.	1. Compatibilidad con el Vitriotomo Accurus 2500 2. Cualidades superiores a las descritas	0-70 0-30
018678	SONDA ILUMINACION C/VISCOINYECTOR	- Sonda de iluminación con un canal incorporado que permite la introducción de fluidos viscosos en cavidad vítrea, a la vez que ilumina la zona de inyección.	1. Compatibilidad con el Facoemulsificador Legacy 2. Cualidades superiores a las descritas	0-70 0-30
272094	SONDA LASER C/ILUMINACION	- Sonda de acero inoxidable recta o curva con fibra óptica para iluminación y otra fibra interna para láser. - Fibras incluidas en una cánula de 20 G de acero inoxidable.	3. Compatibilidad con el Láser y Viitriotomo Accurus 2500. 4. Cualidades superiores a las descritas	0-70 0-30
002955	TAPON ESCLERAL 20 GA	- Tapón metálico que cierra momentáneamente la esclerectomia, para que el ojo no pierda líquido y con ello la tensión.	1. Flexible. 2. No deformable	0-50 0-50
002968	TIJERA INTRA-VITREA DESECHABLE VERTICAL	- Tijeras con accionamiento neumático de las ramas y vertical hasta 400 s minuto.	1. Compatibilidad con el Facoemulsificador Legacy 2. Cualidades superiores a las descritas	0-70 0-30
020498	TREPANO DESECHABLE P/CORNEA DONANTE V/MEDIDAS	- Hoja de bisturí circular con un filo cortante y otra para sujetar el mango. - Sistema de jeringa de vacio para evitar que se mueva.	1. Neumático 2. Calidad de vacio 3. Calidad de corte	0-35 0-35 0-30
002800	TREPANO DESECHABLE P/CORNEA RECEPTORA V/MEDIDAS	- Hoja de bisturí circular con un filo cortante y otra para sujetar el mango.	1. Neumático 2. Calidad de vacio 3. Calidad de corte	0-35 0-35 0-30

CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTOS
021139	TUBO P/INYECCION SILICONA INTRA-OCULAR	- Tubos con jeringa y cánula incorporada para acoplamiento en equipo de vitrectomia que permite la inyección y extracción del aceite de silicona del interior de la cavidad vítrea.	1. Compatibilidad con el Vitriotomo Accurus 2500 2. Cualidades superiores a las descritas	0-70 0-30

(*) EN CADA ARTÍCULO DEBERÁN INDICAR SI ESTÁN O NO EXENTOS DE LÁTEX Y CERTIFICAR TAL EXTREMO EN LOS EXENTOS.

(*) NO SERAN TENIDAS EN CUENTA AQUELLAS OFERTAS QUE OBTENGAN 0 EN ALGUNO DE LOS SUBCRITERIOS DE CALIDAD O NO SUPEREN 40 PUNTOS EN SU VALOR TOTAL.